

試験成績書

試験成績書番号： 24TR-Y0768

受付日及び受付番号： 2024年10月16日 (D24Y0067)

申 込 者： MAKE MEDICAL 株式会社
(名 称 ・ 住 所)

東京都杉並区和田 3 - 3 1 - 1 2

製 品 名： 医療用物質生成器

製 品 の 型： MEGA3600

製 品 の 定 格： 100V, 50/60Hz, 12A

適 用 規 格： 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈
別表第八1及び2 (98)

試 験 結 果： 適 合

2024年11月27日

一般財団法人 電気安全環境研究所 (JET)

横浜事業所長 中島 由勝



試験実施場所: 一般財団法人 電気安全環境研究所

- ☐ 東京事業所
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12
- ☒ 横浜事業所
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30
- ☐ 関西事業所
〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4-1
- ☐ 電力技術試験所
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-28
- ☐ その他()
住所:

試験品受取日: 2024年10月16日

試験実施期間: 自: 2024年10月16日

至: 2024年11月26日

試験実施者: 伊藤 智晃

確認者: 服部 航

試験項目の判定:

N (. A .) : 該当しない試験項目

P (a s s) : 適合した試験項目

F (a i l) : 適合しない試験項目

— : 適用しなかった試験項目(依頼者の指定による)

一般注意事項:

- ・この試験成績書は、試験を行った製品に対してのみ有効である。
- ・この試験成績書を部分複写して使用する場合には、JETの承認を
書面により受けなければならない。

別 表 第 八			
項目	要求事項	試験	結果 判定
1	共通の事項		P
(1)	材料		P
イ	器体の材料		P
ロ	電気絶縁物及び熱絶縁物		P
ハ	機器の部品及び構造材料		P
ニ	アークが達するおそれのある部分に使用する電気絶縁物		P
ホ	鉄及び鋼の錆止め		P
ヘ	導電材料		P
ト	屋外用のものの外郭の材料		N
チ	電源電線用端子ねじ		P
リ	アース用端子の材料		P
ヌ	ポリ塩化ビフェニルの未使用		P
ル	飲料水、食品等に接する部分の材料		N
(2)	構造		P
イ	形状及び組み立て動作		P
ロ	遠隔操作機構		N
ハ	機器の安定性（転倒試験）		P
ニ	造営材への取付け		N
ホ	耐アーク性		N
ヘ	充電部の保護		P
ト	空間及び沿面距離		P
チ	絶縁物の厚さ		P
リ	充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分		P
ヌ	内部配線		P
ル	電源電線等の貫通孔の保護		P
ヲ	電源電線等の引張り・押込み試験		P
ヅ	器具間を接続する電線の保護		P
カ	がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所		N
ヨ	充電部の水に対する保護		P
タ	防湿処理		N
レ	温度過昇防止装置、過負荷保護装置の取り付け		P
ソ	アース機構による接地		N
ツ	アース機構		P

別 表 第 八			
項目	要求事項 - 試験	結 果	判定
ネ	電動機の回転の保護		P
ナ	可動部の保護		P
ラ	器体の一部の取り付け、取り外し		P
ム	庫内燈の保護		N
ウ	スイッチの表示		P
ヰ	発熱体の充電部又は電極と液体との接触		N
ノ	電線の取付け部		P
オ	発熱体を有するもの		N
ク	ヒューズの取付け		P
ヤ	コンデンサーの残留電荷		P
マ	ヒューズの表示		P
ケ	外郭の強度		P
フ	器体から分離されているコントローラーの落下強度		N
コ	半導体素子による温度・回転速度等の制御の異常状態		P
エ	外部との接続機構		N
テ	高圧表示		N
ア	電源電線の巻取り機構を有するもの		N
サ	電源電線等の折曲げ強度		N
キ	硬貨等による電気回路の開路		N
ユ	合成樹脂外郭の難燃性		P
メ	電子管、コンデンサー、半導体素子、抵抗器を有する絶縁変圧器の2次側の回路、整流後の回路等		P
ミ	電池を使用するもの		N
シ	定格入力電圧又は定格周波数の切り換え機構を有するもの		N
エ	器体の内部から発生する湯気に対する保護		N
ヒ	電装部近傍に充てんする保温材、断熱材の難燃性		N
モ	電熱器具であって器体と電源電線とを接続器で接続するもの		N
セ	電熱器具のガラス窓への水かけ		N
ス	水蒸気により加圧した状態で使用するもの		N
ン	電源端子の流れる電流が10A以上の機器で、直接電源に接続される口出し線		N
イイ	消費電力を調整するために電源に接続する整流器を並列している電熱器具		N
(3)	部品及び付属品		P

別 表 第 八			
項目	要求事項 - 試験	結 果	判定
イ	部品の定格は、使用状態以上		P
ロ	電源電線等		P
ハ	アース線		P
ニ	ヒューズ		P
ホ	自動温度調節器		N
ヘ	自動スイッチ		N
ト	電動機操作用スイッチ		P
チ	点滅器		P
リ	開閉器		N
ヌ	接続器		P
ル	変圧器及び電圧調整器		N
ヲ	放電灯用安定器		N
ワ	電動機		P
カ	コンデンサー		P
ヨ	過負荷保護装置（ヒューズを除く。）		P
タ	電動機用ヒューズ式過負荷保護装置		N
レ	印刷回路用積層板の難燃性		P
(4)	消費電力等の許容差		N
(5)	欠番		
(6)	電圧変動による運転性能		P
(7)	二重絶縁構造		N
(8)	始動特性（電動機を有するもの）		P
(9)	漏えい電流		P
(10)	ブラウン管及びその附属品		N
(11)	太陽電池モジュール		N
(12)	表示		P

別 表 第 八			
項目	要求事項 — 試験	結 果	判定

2. (98) 医療用物質生成器

イ	構造		N
ロ	絶縁性能		P
ハ	平常温度上昇		P
ニ	入力電流の許容差		P

写真



--- 以下余白 ---